



Legnano, 6 agosto 2020

U.O.C. Acquisti Appalti
U.O.S. Procedure Acquisti e Contratti

CHIARIMENTO N. 6

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE CON CONDUZIONE FULL RISK DEI DISPOSITIVI MEDICI DELLA ASST OVEST MILANESE PER DUE ANNI

Con riferimento alla procedura in oggetto, si riportano i quesiti pervenuti e le relative risposte:

D.1. In merito al monitoraggio ambientale delle sale operatorie, si chiede di specificare quali sono le prove fisiche e microbiologiche richieste. In particolare si chiede di specificare per quanto riguarda le prove microbiologiche aria attiva (SAS) quante piastre sono richieste per sala operatoria?.

R.1 le prove fisiche e biologiche sono almeno le seguenti:

- a. misura di portata d'aria in mandata e in ripresa
- b. calcolo del numero di ricambi d'aria;
- c. Misura di temperatura, umidità, pressione differenziale;
- d. classificazione particellare
- e. conta microbica sulle superfici i (n.3 punti per sala)
- f. conta microbica in aria (n.1 punto)

D.2 – Al fine di formulare correttamente l'offerta per il monitoraggio ambientale delle sale operatorie si richiede di indicarne la categoria ISO.

R.2- Le sale operatorie ISO 5 sono in numero pari a 5. Le sale operatorie ISO 7 sono in numero pari a 32.

D.3 – Per quanto riguarda il servizio di Monitoraggio ambientale della formaldeide, si chiede di indicare quanti sono gli ambienti da verificare all'interno dei reparti di anatomia patologica di

Legnano e Magenta. Inoltre si chiede di specificare quanti siano i campionamenti richiesti per ogni singolo ambiente e la cadenza del monitoraggio.

R.3 : I locali oggetto di monitoraggio formaldeide sono in numero pari a 7 presso l'Anatomia Patologica di legnano e 5 presso quella l'anatomia patologica di Magenta.

Il monitoraggio di solito viene effettuato in un punto per locale effettuando un campione in un certo periodo di tempo (durante svolgimento attività lavorativa).

D.4 – In merito ai contratti di manutenzione full risk ulteriori, ed in particolare per quanto riguarda la richiesta di inserire nel progetto tecnico “evidenza intesa commerciale contratti con i fornitori” si chiede di specificare che tipo di documentazione sia richiesta.

R.4- l'intesa commerciale può essere rappresentata da un accordo in forma scritta tra le parti (ad es: , contratto preliminare o definitivo), anche attraverso moduli/formulari.

D.5- si chiede di fornire le planimetrie dei locali adibiti ad uso laboratorio.

R.5- si allegano le planimetrie

D.6- In merito al punto 2) dell'art. 9 del Capitolato d'oneri, si chiede di confermare che il contributo ANAC non sia dovuto, secondo quanto previsto dall'Art. 65 del D.Lgs. 34 del 19/05/2020.

R.6- Si conferma

D.7- Si chiede di confermare che non è richiesta la presentazione del PASSOE.

R.7- Si conferma.

**IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO**
F.to dott. Monica Berra

Referente della pratica: Rosa Spadola
tel. 0331/449.255 - 256 – 567 - 275 Telefax 0331/449.566
e-mail: acquistiappalti@asst-ovestmi.it
mail pec: acquistiappalti@pec.asst-ovestmi.it

sede: Via Papa Giovanni Paolo II – C.P. 3 - 20025 Legnano - Tel. 0331 449111 - Fax 0331 595275 -Codice Fiscale e Partita IVA 09319650967



